

2018年7月9日

お得意様各位

日本ビーシージー製造株式会社

ニチビー抗酸菌検査用

ウエルパック培地S 欠品のお詫び

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品の「ウエルパック培地S」につきまして、大変申し訳ございませんが、下記の理由により、しばらく欠品となりますのでご案内申し上げます。

また出荷再開の時期も現時点では未定でございます。判明次第、ご連絡いたしますので、よろしく願いいたします。

お得意様におかれましては、大変なご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。

謹白

記

対象製品	“ニチビー”抗酸菌検査用 ウエルパック培地 S
状況	ウエルパック培地 S の規格試験のうち、結核菌と非結核性抗酸菌を鑑別する PNB 培地にて、菌の発育が認められず、試験結果が「不適」となりました。
原因究明および供給に関する今後の予定	製造工程、規格試験の手順、試験に用いている試験用菌株の性状など製造全般にわたって調査を行っておりますが、現時点で原因は不明です。 引き続き原因調査を進めておりますが、調査の一部に抗酸菌の培養を伴うことから時間を要しております。このため供給再開まで数ヶ月かかることが予想されます。
その他	現在出荷しております製品は、すべての規格試験に適合しておりますので、問題なくご使用いただけます。

以上

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします

日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター TEL 03-5395-5590



日本ビーシージー製造株式会社
Japan BCG Laboratory