

2019年8月

お得意様各位

日本ビーシージー製造株式会社

“ニチビー”抗酸菌検査用「ウエルパック培地S」の製造・販売中止について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2018年7月より供給を中止している“ニチビー”抗酸菌検査用「ウエルパック培地S」につきまして、このたび製造・販売を中止することを決定いたしましたので、ご連絡申し上げます。

2018年7月に社内の規格試験において、結核菌と非結核性抗酸菌を鑑別するPNB培地にて、菌の発育が認められず、試験結果が「不適」となったため、それ以降の生産を中止し、原因調査を行ってまいりました。しかしながら明確な原因究明に至らず、長期的な安定供給ができないという結論に至りました。

本製品の供給再開を果たすことができず、医療関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

略儀ではございますが、取り急ぎ上記ご連絡申し上げます。

今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

製造・販売中止製品

ウエルパック培地S 1検体用 JANコード 4987501118518

本件に関するお問い合わせは担当MRまたは下記までお願いいたします

日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター

TEL 03-5395-5590



日本ビーシージー製造株式会社
Japan BCG Laboratory